

## Boquillas de ensayo IPX5 / IPX6 según IEC60529



### Introducción:

Las boquillas para ensayos de impermeabilidad IPX5 e IPX6 es estrictamente diseñada y fabricada de acuerdo a IEC60529, IEC60598, IEC60335, IEC60034, existen ocho niveles de prueba ipx1- ipx8 y AUTOSTRONG dispone de equipamiento para todos ellos.

La boquilla de chorro IPX5 IPX6 se compone de un mango que está equipado con un manómetro de presión y una válvula para un sencillo ajuste del caudal.

La boquilla de chorro IPX5 IPX6 es intercambiable y se cambia fácilmente. Las boquillas están hechos de acero inoxidable.

### Aplicación:

La boquilla de chorro IPX5 IPX6 sirve para rociar a la unidad bajo test con agua desde todas las direcciones . Ipx5 especifica una boquilla con un diámetro 6.3mm y la apertura de un flujo de 12.5l/min. Ipx6 especifica una boquilla con un diámetro 12.5mm abertura y una tasa de flujo de 100l/min



AUTOSTRONG INSTRUMENT CO.,LTD.

**Parámetros técnicos :**

no.	item	ipx5	ipx6
1	suministro de agua	El flujo de agua > 12.5L / min $\pm$ 5%, sin incluir agua limpia. se puede obtener a través del tanque de agua de acero inoxidable y un equipo presurizado	El flujo de agua > 100 l / min $\pm$ 5%, sin incluir agua limpia. se puede obtener a través del tanque de agua de acero inoxidable y un equipo presurizado
2	el diámetro de la boquilla	6.3mm	12.5mm
3	el flujo de agua	12,5 $\pm$ 0.625l / min, caudalímetro ajustable	100 $\pm$ 5 l / min, caudalímetro ajustable
4	la distancia de la oficina de chorro de boquilla	2.5~3m	2.5~3m
5	El tiempo de prueba	No menos de 1 min / m <sup>2</sup> (no menos de 3 minutos)	No menos de 1 min / m <sup>2</sup> (no menos de 3 minutos )
6	manómetro	0~0.25mpa	0~0.25mpa
7	los requisitos del sitio	IP dedicada sala de prueba impermeable cuya anchura es de más de 3 m, Con la buena función de entrada y drenaje. Instalación en la pared	IP dedicada sala de prueba impermeable cuya anchura es de más de 3 m, Con la buena función de entrada y drenaje. Instalación en la pared



C/ IKEA, 51 - LOCAL B - 48940 LEIOA - VIZCAYA

TFNO.: 944803040 - FAX: 944348191

Email: [isotest@isotest.es](mailto:isotest@isotest.es)

<http://www.isotest.es>